

# Jednodobý monofázový otisk

**Jednodobý monofázový otisk** se takto nazývá, protože se zhotovuje jednou hmotou v jedné fázi. Tento materiál se v případě polyéteru musí nanášet jak na otiskovací lžici, tak na otiskované zuby, u alginátu se nanáší jen do lžice.

Otiskovací hmoty: polyéterové, agarové.

- **Použití:** náhrady nesené implantáty, kombinované náhrady s nesponovými kotevnými prvky.

## Odkazy

### Související články

- Elastomery
- Hydrokoloidní otiskovací hmoty
- Otiskovací lžice
- Otiskovací hmoty
- Otiskování
- Sádra

### Použitá literatura

- HUBÁLKOVÁ, Hana a Jana KRŇOULOVÁ. *Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství*. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7262-581-9.

Citováno z „[https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Jednodobý\\_monofázový\\_otisk&oldid=340736](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Jednodobý_monofázový_otisk&oldid=340736)“