

Vybavení zubní ordinace

Umístění

- v blízkosti MHD a malého parkoviště
- v blízkosti zubní laboratoře
- orientace na sever

Rozložení

- místo pro odklad oděvu
- 2 WC
- malá kuchyňka
- šatny pro personál
- **přízemí** (maximálně první patro, ale rozhodně s **bezbariérovým přístupem**)
- místnost na sterilizaci
- kompresor mimo ordinaci (sklep, půda)

Vybavení

- odlučovač amalgámu
 - sedimentační (96 %)
 - odstředivý (98 %)
- proudový chránič
- osvětlení (2000 lx ordinace; 20000 lx pracovní pole)
- plivátko
- malý panel sestry
- unit
 - spodní vedení
 - výhody: cena
 - nevýhody: možnost zapletení nohou, možnost nesprávného zasunutí přístroje (rozbití)
 - horní vedení
 - výhody: nemožné upadnutí nástroje
 - nevýhody: cena
 - monitor
 - intraorální kamera (prokázání kazu pacientovi, ukázka dobře vykonané práce pacientovi)
 - prohlížení rentgenových snímků
- vysokofrekvenční kauter
- přístroj na fotopolymeraci
- amalgamátor
- RTG přístroj
 - lokální RTG přístroj
 - panoramatický (v ordinaci nebo v blízkosti ordinace)

Odkazy

Související články

- Vybavení zubní laboratoře

Reference

Použitá literatura

Přednáška as. MUDr. Arnošky Pehrové, CSc.



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Vybaven%C3%AD_zubn%C3%AD_ordinace&action=history) a doplnit (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Vybaven%C3%AD_zubn%C3%AD_ordinace&action=edit) jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.

Citováno z „https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Vybaven%C3%AD_zubn%C3%AD_ordinace&oldid=386122“